


Probenvorbereitung: 3 St. Sorb-Star in 100 ml Wasser; Restek Nr. 31011,
24 Std. / 750 rpm

Thermodesorption / VSP4000: Probe: 220 °C; Purgezeit: 20 min;
Purgeflow: 20 ml/min;
Trap: -30 °C; Trap-Desorb: 350 °C


GC: HP5, 30m x 0.32 mm x 0,25µm;
Temperaturprogramm: 60 °C / 2 min > 20 %/min > 340 °C / 9 min

Detektor: FID

Wiederfindung



Chromatogramm



Kalibrierung der Einzelsubstanzen

